



T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - SAKARYA ÖZEL
SAĞLIK HİZMETLERİ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
04/10/2017 19:37 - 56019895 - 549 - E.2527



Sayı : 56019895-549
Konu : "Vitastiq" hk

20. BÖLGE ECZACI ODASINA
SAKARYA

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Müdürlüğümüze gönderilmiş olan 29.09.2017 tarihli E.193579 sayılı "Vitastiq hk" konulu yazı ekte gönderilmiştir.

Konunun ilimizde görevli tüm serbest eczanelere duyurulmasını rica ederim.

e-İmzalıdır.
Doç. Dr. Aziz ÖĞÜTLÜ
İl Sağlık Müdürü

EKLER:
"Vitastiq hk." konulu yazı

Bu evrak 5070 Sayılı Kanun Gereğince E-İMZA ile
imzalandığı tasdik olunur. 05 Ekim 2017

MÜHÜR
Adı Soyadı :
Ünvan : Muhammet Hasan GÜN
İmza :
Memur

Resmi Daireler Kampüsü C Blok Adapazarı / SAKARYA

Faks No:02642510177

e-Posta:ilker.duran@saglik.gov.tr İnt.Adresi: Sakarya İl Sağlık Müd. Özel
Sağ.Hiz.Ecz.ve Tıb.Chz.Şb.Müd. Tel: 0264 251 35 50 / 1485

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 4fecac1a-2a8b-40a8-ac0e-bb428a17b77b kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: İLKER DURAN

Unvan: SAĞLIK MEMURU

Telefon No: 0 264 251 35 50-55/1485

HİZMETE ÖZEL



TC Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

NORMAL

Sayı : 48416123-513.01-E.193579

29.09.2017

Konu : “Vitastiq” hk.

... VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Ogig Sağlık Ürünleri ve Hizm. San. Ltd. Şti.’nin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı “Vitastiq” isimli cihazla ülkemiz genelinde bazı eczanelerde vitamin ve mineral ölçümü yapılarak bu ölçüm sonucuna göre “Newita” marka takviye edici gıda satışı yapılması hususu Kurumumuz Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu’nca değerlendirilmiş olup 06.09.2017 tarihli Komisyon Raporu’nda “Doğrudan ilaç ve/veya tıbbi bir ürünün satışıyla ilişkilendirildiğinden taşıdığı potansiyel riskler/sorunlar nedeni ile “Vitastiq” isimli cihazın eczanelerde kullanımı, bulundurulması ve/veya satılması uygun bulunmamıştır.” şeklinde kanaat bildirilmiştir.

İlgili Bilimsel Komisyon Raporu doğrultusunda “Vitastiq” isimli cihazın eczanelerde kullanımı, bulundurulması ve/veya satılmasının uygun olmadığına ilişkinizde faaliyet gösteren tüm serbest eczacılarımıza duyurulması ve yapılacak denetimlerde bu konunun göz önünde bulundurulması hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Kurum Başkanı

Söğütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 218 30 00– Fax : (0 312) 218 34 60 www.titck.gov.tr

Bilgi İçin: Esra ÖVEZ
Unvan: Eczacı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman <http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol> adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 0ak1UM0FyZ1AxRG83SHY3YnUyM0Fy

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 4fecac1a-2a8b-40a8-ac0e-bb428a17b77b kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.